

患者各位

医療法人社団東光会  
戸田中央総合病院  
形成外科部長 清水 梓  
乳腺外科部長 大久保雅彦  
院長 原田 容治

### 人工乳房に関する重要なお知らせ

この度、2019年7月25日付で、アラガン・ジャパン社より「ナトレル 410 プレストインプラント及びナトレル 133 ティッシュ・エキスパンダーに関する自主回収・販売停止」について通知がありました。

これを受けて、当院において調査した結果、患者さまの手術の際に使用した製品が該当していることが分かりましたので、本状を送付させていただいております。

対象製品におきましては、「約 3,300 人に 1 人 (0.03%) にプレスト・インプラント関連未分化大細胞型リンパ腫が発生する例があった」と報告されております。

本件に関しましては、早期にご来院いただく事象ではございませんので、次回外来を受診いただければ結構ですが、インプラントの破損（10年で10人に1人の確率）や合併症の発見のために定期的な受診を継続していただきたく、お願いいたします。

### 記

#### 【対象製品】

製造販売会社：アラガン・ジャパン株式会社

- 対象製品：①「ナトレル 410 プレスト・インプラント」  
②「ナトレル 133 ティッシュ・エキスパンダー」  
③「ナトレルプレスト・インプラント（テクスチャードタイプ）」

#### 【お問い合わせ先】

戸田中央総合病院 形成外科外来もしくは乳腺外科外来 ※受診科にお問い合わせください。

月曜日～金曜日：9時～12時／14時～16時

土曜日：9時～12時

電話：048-442-1111（代）

#### 【関連資料】

日本乳房オンコプラスチックサージャリー学会／日本形成外科学会

日本乳癌学会／日本美容外科学会（JSAPS）からのお知らせ

1. プレスト・インプラント関連未分化大細胞型リンパ腫(BIA-ALCL)についてよくあるご質問（2019.10.01更新）

[http://www.jsprs.or.jp/member/committee/module/19/pdf/emergency\\_statement\\_general1.pdf](http://www.jsprs.or.jp/member/committee/module/19/pdf/emergency_statement_general1.pdf)

2. プレスト・インプラント（ゲル充填人工乳房）による乳房再建を受けた方へ（2019.10.01更新）

[http://www.jsprs.or.jp/member/committee/module/19/pdf/emergency\\_statement\\_general2.pdf](http://www.jsprs.or.jp/member/committee/module/19/pdf/emergency_statement_general2.pdf)

3. プレスト・インプラント（ゲル充填人工乳房）による乳房再建を希望されている方へ（2019.10.01更新）

[http://www.jsprs.or.jp/member/committee/module/19/pdf/emergency\\_statement\\_general3.pdf](http://www.jsprs.or.jp/member/committee/module/19/pdf/emergency_statement_general3.pdf)

4. 乳房再建用ティッシュエキスパンダーの手術を受け、プレスト・インプラント（ゲル充填人工乳房）による乳房再建を待機されている方へ（2019.10.01更新）

[http://www.jsprs.or.jp/member/committee/module/19/pdf/emergency\\_statement\\_general4.pdf](http://www.jsprs.or.jp/member/committee/module/19/pdf/emergency_statement_general4.pdf)